

Số: 902/TTYT-KD
V/v Mời tham gia báo giá trang
thiết bị y tế

Yên lạc, ngày 06 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua máy ly tâm, máy xông khí dung phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Trung tâm y tế huyện Yên Lạc** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Yên Lạc
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Đặng Thị Hạnh

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Dược- TTB- VTYT

SĐT: 0979 478 079

Email: khoaduoc Ctyyenlac@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược- TTB- VTYT, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 06 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 17 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy ly tâm	Mô tả cụ thể tại Phụ lục kèm theo	01	Chiếc
2	Máy xông khí dung	Mô tả cụ thể tại Phụ lục kèm theo	01	Chiếc
Tổng cộng: 02 mặt hàng				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Mô tả cụ thể tại Phụ lục đính kèm theo

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, bảo trì cho cán bộ kỹ thuật, giao hàng tại nơi sử dụng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Thanh toán cho nhà cung cấp 100% giá trị của hợp đồng sau khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa và hóa đơn tài chính.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Đính kèm theo Phụ lục mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt.

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc đề nghị các đơn vị quan tâm gửi Báo giá theo mẫu tại phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế về việc quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webservice TTYT Yên Lạc;
- Lưu: KD, HSĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Phương

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt

PHỤ LỤC

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật			Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm cung cấp, lắp đặt
1	Máy ly tâm	Tính năng chung: - Máy ly tâm tốc độ thấp được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt trong việc tách huyết thanh, huyết tương, uế, mẫu máu và các ứng dụng thông thường khác trong bệnh viện và phòng thí nghiệm sinh hóa, y tế... - Đây là thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm lâm sàng, bảo quản máu, viên nghiên cứu y học... - Tốc độ tối đa 4000 vòng/phút - Tốc độ rôtor có thể được cài đặt theo RPM / RCF, với khả năng lưu trữ 3 chương trình cho các ứng dụng thông thường. - Tự động chặn đoán và tự phát hiện. - Động cơ DC không chổi than không cần bảo dưỡng. Thông số kỹ thuật: - Dài tốc độ: 500 - 4000 vòng/phút - Bước tăng: 100 vòng/phút - Độ chính xác: ± 100 vòng/phút - Lực ly tâm tối đa RCF: 2500 x g - Công suất ly tâm: rotor góc 24 x 15ml - Màn hình hiển thị LCD - Thời gian cài đặt: 1 đến 99 phút / hoặc HOLD - Động cơ DC không chổi than			Chiếc	01	Khoa xét nghiệm- GPB, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

		- Các chương trình ly tâm chuyên biệt: + Máu: 3200 vòng / phút, 10 phút. + Nước tiểu: 1800 vòng / phút, 5 phút. + Phân: 1300 vòng / phút, 10 phút. - Tự động chẩn đoán khi khởi động - Chuyển đổi RCF/RPM - Thời gian tăng tốc: 3 mức - Thời gian giảm tốc: điều chỉnh 4 mức - Mức độ ồn : ≤ 62 dB - Nguồn điện: 1 pha, 200V-240V, 50Hz (Sản phẩm được bảo hành trong vòng 12 tháng kể từ khi bàn giao đưa vào nghiệm thu. Được miễn phí toàn bộ chi phí phát sinh lỗi do thiết bị. Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành)			
2	Máy xông khí dung	Cấu hình bao gồm: • Thân máy • Ống dẫn khí • Mặt nạ trẻ em • Mặt nạ người lớn • Càng xông họng • Cốc đựng thuốc (2 - 7ml) • Hướng dẫn sử dụng Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện: AC 220-240V, 50Hz - Công suất tiêu thụ: 220VA - Nhiệt độ/độ ẩm hoạt động: +10°C tới +40°C / 30% tới 85%RH - Nhiệt độ/độ ẩm/áp suất khí bảo quản và vận chuyển: -20°C tới +60°C / 10% tới 95%RH / 700 - 1060hPa	Chiếc	01	Khoa Nhi, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

		- Kích thước hạt: **MMAD khoảng 3µm MMAD = Đường kính khí động học trung bình - Dung tích cốc thuốc: tối đa 7ml Lượng thuốc phù hợp: tối thiểu 2ml - tối đa 7ml - Tốc độ phun khí: *Khoảng 0.4ml/phút (theo mức giảm trọng lượng) Lượng khí phun ra của máy nén: *7L/phút @100kPa Lượng son khí ra: **0.57ml (2ml, 1%NaF) Tốc độ son khí ra: ***0.08ml/phút (2ml, 1%NaF)			
Tổng: 02 mặt hàng					



