

Số: 909 / TTYT-KD
V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế

Yên Lạc, ngày 06 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Thu Mai – P. Trưởng khoa Dược, TTB, VTYT, số điện thoại 0979144322. Email: kdyenlac@gmail.com
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, TTB, VTYT - Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, Tổ dân phố 3 Đoàn, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 10 năm 2023 đến trước 16h30 ngày 18 tháng 10 năm 2023.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế: có yêu cầu chung

STT	Danh mục thiết bị	Yêu cầu cấu hình cung cấp	Số lượng	Đơn vị tính
1	Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng	Chi tiết tại phụ lục kèm theo	01	Hệ thống
2	Máy xét nghiệm huyết học	Chi tiết tại phụ lục kèm theo	01	Chiếc
3	Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng	Chi tiết tại phụ lục kèm theo	01	Hệ thống
4	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)	Chi tiết tại phụ lục kèm theo	01	Hệ thống
5	Máy thận nhân tạo	Chi tiết tại phụ lục kèm theo	01	Chiếc
6	Máy xét nghiệm nước tiểu	Chi tiết tại phụ lục kèm theo	01	Chiếc

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc. Vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa không quá 120 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng không áp dụng, thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp hàng hóa, xuất hóa đơn và cung cấp các giấy tờ hợp pháp khác cho bên mời thầu.

5. Các thông tin khác: Yêu cầu Báo giá ghi đầy đủ các thông tin về: ngày, tháng, năm, ký, đóng dấu của người có thẩm quyền và dấu giáp lai, điền đầy đủ các thông tin và thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ TTYT;
- Lưu: VT, HSĐT.



Nguyễn Hoàng Phương

Phụ lục Danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật
(Kèm Văn bản số **909/TTYT-KD** ngày 06 tháng 10 năm 2023 của TTYT huyện Yên Lạc)

STT	Tên trang thiết bị y tế hoặc tương đương	Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu chung	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng	Yêu cầu chung: - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO, FDA hoặc tương đương Yêu cầu về cấu hình: - Máy chính tiêu chuẩn (gồm 01 bộ xử lý CCD, 01 nguồn sáng, camera full HD): 01 chiếc - Ống nội soi 0°: 01 cái - Ống nội soi 70°: 01 cái - Màn hình: 01 cái - Xe đẩy: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ	Hệ thống	01



2	Máy xét nghiệm huyết học	Yêu cầu chung: - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO, FDA hoặc tương đương Yêu cầu về cấu hình: - Máy chính: 01 máy - Bộ máy tính (mua trong nước): 01 bộ - Phần mềm quản lý dữ liệu DMS Pro: 01 phần mềm - Máy in (mua trong nước): 01 cái - Bộ hóa chất chạy máy ban đầu: 01 bộ + Isotonac 3 (18L): 01 can + Hemolynac 3N (500ml): 01 can + Hemolynac 5 (500ml): 01 can + Cleanac (5L): 01 can + Cleanac 3 (5L): 01 can - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ	Chiếc	01
3	Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng	Yêu cầu chung: - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO, FDA hoặc tương đương Yêu cầu về cấu hình • Hệ thống máy chính: - Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng: 01 chiếc - Đầu camera sử dụng chip CMOS: 01 chiếc - Dây dẫn sáng: 01 chiếc	Hệ thống	01

		- Màn hình hiển thị ≥ 27 inch: 01 chiếc - Máy bơm khí CO₂: 01 chiếc Phụ kiện gồm: + Bộ ống bơm khí: 01 bộ + Bộ ống hút: 01 bộ - Dao mổ điện cao tần: 01 chiếc Phụ kiện gồm: + Bàn đạp chân đôi: 01 chiếc + Bàn đạp chân đơn: 01 chiếc + Dây cáp kết nối bàn điện cực trung tính: 01 chiếc + Bàn điện cực trung tính: 01 hộp - Xe đẩy hệ thống • Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng-tiêu hóa-gan mật-sản phụ khoa: 01 bộ		
4	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)	Yêu cầu chung: - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO, FDA hoặc tương đương Yêu cầu về cấu hình - Bộ xử lý hình ảnh: 01 chiếc - Nguồn sáng nội soi: 01 chiếc - Màn hình Full HD ≥ 24 inch: 01 chiếc - Ống nội soi dạ dày video kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc - Ống nội soi đại tràng video kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc - Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 chiếc	Hệ thống	01

		- Kim sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần (≥ 20 chiếc/hộp): 01 hộp - Kim sinh thiết đại tràng dùng 1 lần (≥ 20 chiếc/hộp): 01 hộp - Xe đẩy hệ thống: 01 chiếc - Hệ thống in trả kết quả: 01 bộ, bao gồm: + Máy tính: 01 chiếc + Màn hình LCD: 01 chiếc + Máy in màu: 01 chiếc - Máy hút dịch 2 bình: 01 chiếc - Máy bơm tưới rửa: 01 chiếc - Dao mổ điện cao tần: 01 chiếc, bao gồm: + Dây cáp cao tần đơn cực: 01 chiếc + Dây cáp kết nối bản điện cực trung tính: 01 chiếc + Bàn điện cực trung tính: 01 hộp - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ		
5	Máy thận nhân tạo	Yêu cầu chung: - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO, FDA hoặc tương đương Yêu cầu về cấu hình: - Máy chính: 01 chiếc - Bộ dây nối với dịch lọc A, B: 01 bộ (gắn sẵn) - Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 dây - Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 dây - Cây treo dịch truyền/Cọc đỡ dịch môi: 01 cái - Giá đỡ quả lọc: 01 cái	Chiếc	01

		- Dây nguồn gắn sẵn: 01 dây - Que hút hoá chất tẩy trùng: 01 cái - Màng lọc dịch siêu sạch (diasafe plus): 01 màng lọc - Sách Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ		
6	Máy xét nghiệm nước tiểu	Yêu cầu chung: - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO, FDA hoặc tương đương Yêu cầu về cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Giá đặt mẫu: 01 cái - Bộ nguồn: 01 cái - Que thử nước tiểu: 01 hộp - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Sách Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ	Chiếc	01

