

Số: 1108/TTYT-KD

Yên Lạc, ngày 05 tháng 12 năm 2023

V/v Mời tham gia báo giá trang
thiết bị y tế

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua máy đo lưu huyết não phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Trung tâm y tế huyện Yên Lạc** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Yên Lạc
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Đặng Thị Hạnh

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Dược- TTB- VTYT

SĐT: 0979 478 079

Email: khoaduoccttyyenlac@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược- TTB- VTYT, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h ngày 14 tháng 12 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy đo lưu huyết não	Mô tả cụ thể tại Phụ lục kèm theo	01	Máy
Tổng cộng: 01 mặt hàng				

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Mô tả cụ thể tại Phụ lục đính kèm theo

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, chi phí đào tạo hướng

dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, bảo trì cho cán bộ kỹ thuật, giao hàng tại nơi sử dụng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Thanh toán cho nhà cung cấp 100% giá trị của hợp đồng sau khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa và hóa đơn tài chính.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Đính kèm theo Phụ lục mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt.

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc đề nghị các đơn vị quan tâm gửi Báo giá theo mẫu tại phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế về việc quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webside TTYT Yên Lạc;
- Lưu: KD, HSĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Phương



PHỤ LỤC

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt
(Kèm theo Văn bản số **1108/TTYT-KD** ngày 05/12/2023 của **TTYT huyện Yên Lạc**)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm cung cấp, lắp đặt
1	Máy đo lưu huyết não	<p>Đặc tính nổi bật:</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>Tần số đầu dò: 4 MHz CW (liên tục)</p> <p>Nguồn phát : điều chỉnh và thiết lập từ 0-800%</p> <p>Độ sâu thăm khám : 10mm-160mm</p> <p>Tốc độ đo : ≥ 200 cm/s</p> <p>Hình ảnh: 8 mức lựa chọn hoặc điều chỉnh từ 0-48db</p> <p>Phổ chuyển đổi : 256/512/1024 / điểm FFT được thiết lập sẵn.</p> <p>Lưu trữ hình ảnh : > 20.000 ảnh phổ</p> <p>Doppler : về phía trước, ngược lại, hỗn hợp, tắt</p> <p>Video : $\geq 120S$ phát đồng cả âm thanh & hình ảnh</p> <p>Điện áp hoạt động : $220V \pm 10\%$, 50Hz</p> <p>Các thông số đo : Vp, Vm, VD, PI, RI, S / D, Hr</p> <p>Độ phân giải : 4MHz ≤ 20mm</p> <p>Tần số xung lặp lại : tự động điều chỉnh theo độ sâu.</p> <p>Cấu hình bao gồm :</p> <ul style="list-style-type: none">+ 01 Thân máy chính+ 01 Bộ phần mềm TCD tiếng Anh hoặc tương đương+ 01 Đầu dò 4MHz CW (Doppler liên tục)+ Phần mềm M module+ 01 Bộ Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo	Máy	01	Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc
Tổng: 01 mặt hàng					

