

Số: 135/TTYT-KD
V/v Mời tham gia báo giá thiết bị
y tế

Yên lạc, ngày 27 tháng 02 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua máy phát cho hệ thống X- quang kỹ thuật số phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Yên Lạc
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Mai

Chức vụ: Trưởng khoa Dược- TTB- VTYT

SĐT: 0979 144 322

Email: khoaduocTTYyenlac@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược- TTB- VTYT, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 27 tháng 02 năm 2024 đến trước 17h ngày 07 tháng 03 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy phát X- quang cao tần	Mô tả cụ thể tại Phụ lục kèm theo	01	Máy
Tổng cộng: 01 mặt hàng				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Mô tả cụ thể tại Phụ lục đính kèm theo
- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, chi phí đào tạo hướng

dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, bảo trì cho cán bộ kỹ thuật, giao hàng tại nơi sử dụng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Thanh toán cho nhà cung cấp 50% giá trị của hợp đồng sau khi ký hợp đồng, 50% sau khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa và hóa đơn tài chính.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Đính kèm theo Phụ lục mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt.

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc kính đề nghị các đơn vị quan tâm gửi Báo giá theo các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webservice TTYYT Yên Lạc;
- Lưu: KD, HSĐT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Phương

SỞ XÃ TỈNH VINH PHÚC
TRUNG TÂM NHIỆM VỤ PHÁP Y
TIYT HUYỆN YÊN LẠC



PHỤ LỤC
Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt
(Kèm theo Văn bản số 45 /TTYT-KD ngày 27/02/2024 của TTYT huyện Yên Lạc)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm cung cấp, lắp đặt
1	Máy phát X-quang cao tần	Hàng hóa mới 100%, thời hạn bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày chuyển giao - Năm SX: 2023 trở về sau - Cấu hình chi tiết: Công suất ≥ 50 kW Dòng cực đại ≥ 700 mA Điện áp cực đại ≥ 150 kV mAs cực đại: ≥ 630 mAs - Cây máy tính (Model: Dell T1700, Core 15, Ram 4G, ổ cứng SSD 500G hoặc tương đương) - Hộp kết nối đồng bộ	Máy	01	Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

Tổng: 01 mặt hàng