

Số: 1106 /TTYT-KD

Yên lạc, ngày 14 tháng 11 năm 2024

V/v Mời tham gia báo giá thiết bị y tế

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua máy đo nhãn áp cầm tay phục vụ công tác chuyên môn cho Trung tâm y tế huyện Yên Lạc** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Mai

Chức vụ: Trưởng khoa Dược- TTB- VTYT

SĐT: 0979 144 322

Email: khoaduoc Ctyyenlac@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược- TTB- VTYT, Trung tâm y tế huyện Yên Lạc

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 14 tháng 11 năm 2024 đến trước 08h30 ngày 25 tháng 11 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy đo nhãn áp cầm tay	Mô tả cụ thể tại Phụ lục kèm theo	Chiếc	01
Tổng cộng: 01 mặt hàng				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

11

12

13

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Mô tả cụ thể tại Phụ lục đính kèm theo
- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, bảo trì cho cán bộ kỹ thuật, giao hàng tại nơi sử dụng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Thanh toán cho nhà cung cấp 100% giá trị của hợp đồng sau khi bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa và hóa đơn tài chính.

5. Các thông tin khác (nếu có).


Đính kèm theo Phụ lục mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt.

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc kính đề nghị các đơn vị quan tâm gửi Báo giá theo đúng các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webservice TTYT Yên Lạc;
- Lưu: KD, HSĐT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Phương

SỞ Y TẾ VINH PHÚC
TTYT HUYỆN YÊN LẠC



PHỤ LỤC

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt
(Kèm theo Văn bản số 1106/TTYT-KD ngày 14/11/2024 của Trung tâm y tế huyện Yên Lạc)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm cung cấp, lắp đặt
1	Máy đo nhãn áp cầm tay	Thiết bị mới 100%, sản xuất 2023 trở về sau, thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị. Tính năng kỹ thuật Phạm vi đo: 3 – 70mmHg Độ chính xác: $\pm 1.5\text{mmHg}$ (trong khoảng 3 – 25mmHg) $\pm 2.5\text{mmHg}$ (trong khoảng 25 – 70mmHg) Chế độ đo: Đo ngang và dọc Truyền dữ liệu tới máy in nhiệt qua cổng hồng ngoại Kích thước nhỏ, dễ sử dụng Không cần gây tê Phụ kiện tiêu chuẩn <ul style="list-style-type: none">- Máy chính: 01 chiếc- Đầu tiếp xúc đo nhãn áp: 100 chiếc- Pin: 01 chiếc- Vali: 01 chiếc- Máy in nhiệt: 01 chiếc- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ	Chiếc	01	Khoa TMH— RHM—Mắt TTYT huyện Yên Lạc
Tổng: 01 mặt hàng					

