

Yên Lạc, ngày 26 tháng 3 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua máy thận nhân tạo HDF Online phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Thu Mai – Trưởng khoa Dược, TTB, VTYT, số điện thoại 0979144322. Email: kdyenlac@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, TTB, VTYT - Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, Tổ dân phố 3 Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 3 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 04 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: có yêu cầu chung

| STT | Danh mục thiết bị | Yêu cầu cấu hình cung cấp | Số lượng | Đơn vị tính |
|-----|------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| 1 | Máy thận nhân tạo HDF Online | Chi tiết tại phụ lục kèm theo | 01 | Chiếc |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc. Vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa không quá 180 ngày


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng không áp dụng, thanh toán 100% giá trị hợp đồng kể từ ngày nhà thầu cung cấp hàng hóa, xuất hóa đơn và cung cấp các giấy tờ hợp pháp khác cho bên mời thầu.

5. Các thông tin khác: Yêu cầu Báo giá ghi đầy đủ các thông tin về: ngày, tháng, năm, ký, đóng dấu của người có thẩm quyền và dấu giáp lai, điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu báo giá.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD TTYT;
- Lưu: HSDT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Phương

Phụ lục Danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật
(Kèm theo yêu cầu báo giá thiết bị y tế ngày 26 tháng 3 năm 2025 của TTYT huyện Yên Lạc)



| STT | Tên trang thiết bị y tế hoặc tương đương | Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu chung | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|--|---|-------------|----------|
| 1 | <p>Máy thận nhân tạo HDF Online</p> | <p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng quốc tế đạt tiêu chuẩn Châu Âu EC, chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện :Phù hợp với lưới điện Việt Nam 220VAC/50Hz - Điều kiện môi trường làm việc: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$ <p>Yêu cầu về cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 chiếc - Bộ dây nối với dịch lọc A, B: 01 bộ - Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 bộ - Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 bộ - Cây treo dịch truyền: 01 bộ - Giá đỡ quả lọc: 01 bộ - Que hút hoá chất tẩy trùng: 02 bộ - Thẻ bệnh nhân: 04 thẻ - Dây nguồn: 01 bộ - Màng lọc dịch siêu sạch (diasafe plus): 02 màng lọc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt: 01 bộ | Chiếc | 01 |